



電源ONからわずか7秒で 測定できる、高性能パルスオキシメーター



ソフトキャップ SoftCap®

専用フィンガーセンサ採用

ラテックスフリー (シリコンゴム) で安心・ソフトな感触のフィンガー センサ。水洗いができるほどお手入 れは簡単。長時間のご利用でも、指へ の負担を最小限に留めることができます。





もう、妥協は不要です。

優れたノイズ除去技術で周囲の干渉や低灌流の混在を自動的に制御し、良質な情報を提供します。持ち運びに便利なハンドヘルド型を採用。軽量・コンパクトサイズでありながら、緊急時にも対応できる高い性能と数多くの機能を搭載しました。

<mark>アラーム</mark> 標準装備 トレンドグラフ 15/80/44 PC接続で48H 電源ONから クイック測定

日本語 表示可能 » PRODUCTS that care for you "

KYOTO MEDICAL PLANNING

5 つのディスプレイパターンで、欲しい情報を瞬時にキャッチできます。


bluepoint MEDICAL

SpO₂

血中酸素飽和度%表示。 上下の小さい数字はそれぞれ上 限および下限の警報設定値を表 しています。

パルス振幅レベル・

信号品質のインジケータです。 バーの高さだけでなく、色でも 判別しやすくなっています。



脈拍数 BPM

上下の小さい数字は、それぞれ 脈拍数の上限および下限の警報 設定値を表しています。

プレチスモグラム 容積変動曲線を表しています。

>>> Basic

その他の ディスプレイパターン

幼児用







) SpO2

SoftCap® 水洗いOK! ソフトタイプセンサ

マルチサイズで大小指サイズに対応

- 幼児用サイズもございます
- ・壊れにくく長持ち、水洗いも可能です
- ・圧迫が少なく連続使用でも負荷が低減



どんな状況下でもフレキシブルに対応。

本体特徴 >>

- ・アラーム機能を標準装備
- ・トレンドは最大約 23 日まで確認可能(PC 接続時)
- ・本体電源 ON から 7 秒クイック測定
- ・日本語表示で操作がしやすい
- ・測定しながらトレンドグラフの確認が可能
- ・バーグラフ/プレチスモグラムで、信号品質や パルス振幅の信頼度を視覚的に確認可能

OxyTrue® A SpO₂ Monitor

技術仕様							
測定範囲	SpO ₂	45-100%			外形寸法	11.8cm(高さ)×6cm(幅)×2.5cm(厚み)	
	脈拍数 20-300bpm			重量	約 160g(バッテリ含む、センサ含まず)		
測定精度	SpO ₂	±2%(70-100	%)	その他	使用電池	アルカリ乾電池 単 3 形 1.5V×3 本	
	脈拍数	±1digit(≦100	0bpm),±1%(>100bpm)		而冲走会	連続運転:48時間以上	
表示	・有機 LED カラーグラフィックディスプレイ			電池寿命	パワーセーブモード:約5日		
	・SpO2、パルスレート、プレチスモグラム、バーグラフ、短時間トレンド			構成内容(セット)	・本体	OxyTrue® A	1
	・インジケータ:信号品質、パルス振幅、バッテリ状態、 警報一時停止、センサ検出、センサ外れ				・センサ	SoftCap® Sensor SC6500	1
					・ソフトウェア(CD)	OxyTrue® A PC-Software	1
しし、これは本土口	・長時間トレンド:最長約 23 日(PC 接続時)				・USB データケーブル		1
トレンド情報	・短時間トレンド: 15 分、30 分、4 時間				・シリコン保護カバー		1
注 文 番 号	OxyTrue® A	1020112001	標準価格:98,500円(税別)		・アルカリ乾電池	単3形 1.5V	3

*販売名:オキシトゥルー、類別名称:機械器具 (21) 内臓機能検査用器具、JMDNコード:17148010、パルスオキシメータ、「管理」「特管」、クラスII、認証番号:220AGBZX00299000

【お問い合わせ先】

<販売業者>

KYOTO MEDICAL PLANNING

株式会社京都医療設計ジャパンメディカル事業部

〒607-8035 京都市山科区四ノ宮神田町 4 番地 古橋山科ビル TEL.(075)582-9580 FAX.(075)582-9581 http://www.kyoto-mp.co.jp/

<製造販売業者>

株式会社 アイビジョン

〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目1番地7号 妻恋木工第2ビル

bluepoint MEDICAL GmbH&Co.KG

- ●本製品は医療機器ですので、医師の指導に従ってご使用ください。
- ●添付文書や取扱説明書に従って正しくご使用ください。
- ●改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
- ●このカタログは2011年2月現在のものです。

Mad		_	
Mad	e in	(zerr	man